

REQUISITI LOCALI FARMACIA DEI SERVIZI

ACN - Norma Transitoria n. 3: i provvedimenti di cui all’art. 8, comma 8 correlati agli inadempimenti contrattuali delle farmacie sono applicabili decorsi 24 mesi dall’entrata in vigore dell’ACN se riferiti al mancato adeguamento ai requisiti logistici e strutturali di cui al Titolo II, Capo III dello stesso ACN.

DGR 69/2024: Nel caso in cui la struttura della farmacia non consenta il rispetto dei requisiti stabiliti, le prestazioni, in alternativa all’utilizzo dei locali distaccati, possono essere effettuate in farmacia al di fuori degli orari ordinari di apertura al pubblico.

SERVIZIO	REQUISITI GENERALI VALIDI PER INTERNI ED ESTERNI	REQUISITI SPECIFICI PER AREE/SPAZI/LOCALI INTERNI	REQUISITI SPECIFICI PER LOCALI ESTERNI
SOMMINISTRAZIONI VACCINALI	ACN art. 20 punto 5 c): presenza di servizi igienici (non è espressamente previsto l’uso esclusivo per gli utenti) DGR 69/2024 punto F): 1) garantire dimensione e spazi di manovra, tali da consentire l'effettuazione delle stesse nella massima sicurezza per l'utente e sufficienti ad assicurare la presenza di tutti i materiali e attrezzature necessarie; 2) garantire un agevole passaggio.	ACN Allegato 4 art. 2 punto 4): area interna alla farmacia purché separata dagli spazi destinati all'accoglienza dell'utenza e allo svolgimento delle attività di dispensazione del farmaco. ACN Allegato 4 art. 2 punto 12 e): locale/area interna alla farmacia opportunamente arieggiata. ACN Allegato 4 art. 2 punto 6): area di rispetto per la permanenza ed il monitoraggio del soggetto sottoposto alla vaccinazione per un tempo di 15 minuti. AIR/DDR 152/2025 Tab. 1: Ambiente circoscritto, tramite pareti (a tutt'altezza o di mt. 2,10-2,20) o con soluzioni d'arredo fisse, protetto contro l'introspezione. AIR/DDR 152/2025 Tab. 1: Pareti lavabili fino a mt 2,00. AIR/DDR 152/2025 Tab. 1: lavabo a comando non manuale, servito con acqua corrente, nello spazio/locale - in alternativa, il lavabo del bagno della farmacia.	ACN Allegato 4 art. 6 punto 5) i locali: - devono avere i requisiti di idoneità igienico sanitaria già previsti per l'esercizio farmaceutico nelle farmacie di comunità; - devono essere idonei ad assicurare il rispetto della riservatezza degli utenti; - devono ricadere nell'ambito della sede di pertinenza prevista in pianta organica; - devono essere situati ad una distanza non inferiore a 200 mt dalle altre farmacie e dai locali ove sono svolti i servizi sanitari di pertinenza di altre farmacie (la distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia); - devono avere superficie ed apprestamenti logistici sufficienti per il corretto e funzionale svolgimento dei singoli servizi lì prestati (per es. per i servizi di telemedicina e spirometria saranno di superficie idonea a consentire il funzionale posizionamento di lettino/chaise-longue/poltrona e di apparecchi per la conduzione delle indagini strumentali). DGR 69/2024 punto F): 1) garantire dimensione e spazi di manovra, tali da consentire l'effettuazione delle stesse nella massima sicurezza per l'utente e sufficienti ad assicurare la presenza di tutti i materiali e attrezzature necessarie; 2) un agevole passaggio. DGR 69/2024 punto H): nel caso di farmacie aggiuntive, gli eventuali locali distaccati devono essere ubicati nell'ambito del luogo individuato in sede di istituzione. ACN Allegato 4 art. 2 punto 6): area di rispetto per la permanenza ed il monitoraggio del soggetto sottoposto alla vaccinazione per un tempo di 15 minuti, anche all'esterno. AIR/DDR 152/2025 Tab. 1: Ambiente circoscritto, tramite pareti (a tutt'altezza o di mt. 2,10-2,20) o con soluzioni d'arredo fisse, protetto contro l'introspezione. AIR/DDR 152/2025 Tab. 1: Pareti lavabili fino a mt 2,00. AIR/DDR 152/2025 Tab. 1: lavabo a comando non manuale, servito con acqua corrente, nello spazio/locale - in alternativa, il lavabo del bagno della farmacia.

SERVIZIO	REQUISITI GENERALI VALIDI PER INTERNI ED ESTERNI	REQUISITI SPECIFICI PER AREE/SPAZI/LOCALI INTERNI	REQUISITI SPECIFICI PER LOCALI ESTERNI
PRESTAZIONI ANALITICHE DI PRIMA ISTANZA RIENTRANTI NELL'AMBITO DELL'AUTO CONTROLLO (test auto diagnostici di cui all'art. 2 del DM 16 dicembre 2010)	ACN art. 20 punto 5 c): presenza di servizi igienici (non è espressamente previsto l'uso esclusivo per gli utenti). DGR 69/2024 punto F): 1) garantire dimensione e spazi di manovra, tali da consentire l'effettuazione delle stesse nella massima sicurezza per l'utente e sufficienti ad assicurare la presenza di tutti i materiali e attrezzature necessarie; 2) garantire un agevole passaggio.	AIR/DDR 152/2025 Tab. 1: lavabo a comando non manuale, servito con acqua corrente o taniche di carico/scarico acqua (e relativa procedura di ricarica e pulizia), nello spazio/locale - in alternativa, il lavabo del servizio igienico.	ACN Allegato 4 art. 6 punto 5) i locali: - devono avere i requisiti di idoneità igienico sanitaria già previsti per l'esercizio farmaceutico nelle farmacie di comunità; - devono essere idonei ad assicurare il rispetto della riservatezza degli utenti; - devono ricadere nell'ambito della sede di pertinenza prevista in pianta organica; - devono essere situati ad una distanza non inferiore a 200 mt dalle altre farmacie e dai locali ove sono svolti i servizi sanitari di pertinenza di altre farmacie (la distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia); - devono avere superficie ed apprestamenti logistici sufficienti per il corretto e funzionale svolgimento dei singoli servizi lì prestati (per es. per i servizi di telemedicina e spirometria saranno di superficie idonea a consentire il funzionale posizionamento di lettino/chaise-longue/poltrona e di apparecchi per la conduzione delle indagini strumentali). DGR 69/2024 punto F): 1) garantire dimensione e spazi di manovra, tali da consentire l'effettuazione delle stesse nella massima sicurezza per l'utente e sufficienti ad assicurare la presenza di tutti i materiali e attrezzature necessarie; 2) un agevole passaggio. DGR 69/2024 punto H): nel caso di farmacie aggiuntive, gli eventuali locali distaccati devono essere ubicati nell'ambito del luogo individuato in sede di istituzione. AIR/DDR 152/2025 Tab. 1: lavabo a comando non manuale, servito con acqua corrente o taniche di carico/scarico acqua (e relativa procedura di ricarica e pulizia), nello spazio/locale - in alternativa, il lavabo del servizio igienico.

SERVIZIO	REQUISITI GENERALI VALIDI PER INTERNI ED ESTERNI	REQUISITI SPECIFICI PER AREE/SPAZI/LOCALI INTERNI	REQUISITI SPECIFICI PER LOCALI ESTERNI
PRESTAZIONI ANALITICHE DI SECONDA ISTANZA	ACN art. 20 punto 5 c): presenza di servizi igienici (non è espressamente previsto l'uso esclusivo per gli utenti). DGR 69/2024 punto F): 1) garantire dimensione e spazi di manovra, tali da consentire l'effettuazione delle stesse nella massima sicurezza per l'utente e sufficienti ad assicurare la presenza di tutti i materiali e attrezzature necessarie; 2) garantire un agevole passaggio.		ACN Allegato 4 art. 6 punto 5) i locali: - devono avere i requisiti di idoneità igienico sanitaria già previsti per l'esercizio farmaceutico nelle farmacie di comunità; - devono essere idonei ad assicurare il rispetto della riservatezza degli utenti; - devono ricadere nell'ambito della sede di pertinenza prevista in pianta organica; - devono essere situati ad una distanza non inferiore a 200 mt dalle altre farmacie e dai locali ove sono svolti i servizi sanitari di pertinenza di altre farmacie (la distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia); - devono avere superficie ed apprestamenti logistici sufficienti per il corretto e funzionale svolgimento dei singoli servizi lì prestati (per es. per i servizi di telemedicina e spirometria saranno di superficie idonea a consentire il funzionale posizionamento di lettino/chaise-longue/poltrona e di apparecchi per la conduzione delle indagini strumentali). DGR 69/2024 punto F): 1) garantire dimensione e spazi di manovra, tali da consentire l'effettuazione delle stesse nella massima sicurezza per l'utente e sufficienti ad assicurare la presenza di tutti i materiali e attrezzature necessarie; 2) un agevole passaggio. DGR 69/2024 punto H): nel caso di farmacie aggiuntive, gli eventuali locali distaccati devono essere ubicati nell'ambito del luogo individuato in sede di istituzione.

SERVIZIO	REQUISITI GENERALI VALIDI PER INTERNI ED ESTERNI	REQUISITI SPECIFICI PER AREE/SPAZI/LOCALI INTERNI	REQUISITI SPECIFICI PER LOCALI ESTERNI
ESECUZIONE DI TEST DIAGNOSTICI - che prevedono il prelievo di sangue capillare di cui all'art. 1, c. 2, lettera e-ter del D. Lgs. 153/2009 - che prevedono il prelievo del campione biologico a livello nasale, salivare, orofaringeo di cui all'art. 1, c. 2, lettera e-quater del D. Lgs 153/2009)	ACN art. 20 punto 5 c): presenza di servizi igienici (non è espressamente previsto l'uso esclusivo per gli utenti). DGR 69/2024 punto F): 1) garantire dimensione e spazi di manovra, tali da consentire l'effettuazione delle stesse nella massima sicurezza per l'utente e sufficienti ad assicurare la presenza di tutti i materiali e attrezzature necessarie; 2) garantire un agevole passaggio.	ACN Allegato 4 art. 3 punto 5) e DGR 69/2024 F): area interna alla farmacia purché separata dagli spazi destinati all'accoglienza dell'utenza e allo svolgimento delle attività di dispensazione del farmaco in modo tale da garantire la riservatezza degli utenti. ACN Allegato 4 art. 3 punto f): privilegiare l'esecuzione del test in un ambiente dedicato o separato dal locale vendita, anche esterno. ACN Allegato 4 art. 3 punto g): garantire che l'area dove avviene la somministrazione del test diagnostico abbia poche superfici ad alta frequentazione di contatto ed offra la possibilità di una rapida disinfezione. AIR/DDR 152/2025 Tab. 1: lavabo a comando non manuale, servito con acqua corrente, nello spazio/locale - in alternativa, il lavabo del bagno della farmacia.	ACN Allegato 4 art. 6 punto 5): i locali - devono avere i requisiti di idoneità igienico sanitaria già previsti per l'esercizio farmaceutico nelle farmacie di comunità; - devono essere idonei ad assicurare il rispetto della riservatezza degli utenti; - devono ricadere nell'ambito della sede di pertinenza prevista in pianta organica; - devono essere situati ad una distanza non inferiore a 200 mt dalle altre farmacie e dai locali ove sono svolti i servizi sanitari di pertinenza di altre farmacie (la distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia); - devono avere superficie ed apprestamenti logistici sufficienti per il corretto e funzionale svolgimento dei singoli servizi lì prestati (per es. per i servizi di telemedicina e spirometria saranno di superficie idonea a consentire il funzionale posizionamento di lettino/chaise-longue/poltrona e di apparecchi per la conduzione delle indagini strumentali). DGR 69/2024 punto F): 1) garantire dimensione e spazi di manovra, tali da consentire l'effettuazione delle stesse nella massima sicurezza per l'utente e sufficienti ad assicurare la presenza di tutti i materiali e attrezzature necessarie; 2) un agevole passaggio. DGR 69/2024 punto H): nel caso di farmacie aggiuntive, gli eventuali locali distaccati devono essere ubicati nell'ambito del luogo individuato in sede di istituzione. AIR/DDR 152/2025 Tab. 1: lavabo a comando non manuale, servito con acqua corrente, nello spazio/locale - in alternativa, il lavabo del bagno della farmacia.

SERVIZIO	REQUISITI GENERALI VALIDI PER INTERNI ED ESTERNI	REQUISITI SPECIFICI PER AREE/SPAZI/LOCALI INTERNI	REQUISITI SPECIFICI PER LOCALI ESTERNI
ATTIVITA' DI TELEMEDICINA PRESTAZIONI CHE PREVEDONO L'UTILIZZO DEI DISPOSITIVI STRUMENTALI - di cui all' art. 3 del DM 16 dicembre 2010: a) dispositivi per la misurazione con modalità non invasiva della pressione arteriosa; b) dispositivi per la misurazione della capacità polmonare tramite auto-spirometria; c) dispositivi per la misurazione con modalità non invasiva della saturazione percentuale dell'ossigeno; d) dispositivi per il monitoraggio con modalità non invasive della pressione arteriosa e dell'attività cardiaca in collegamento funzionale con i centri di cardiologia accreditati; e) dispositivi per consentire l'effettuazione di elettrocardiogrammi con modalità di telecardiologia da effettuarsi in collegamento con centri di cardiologia accreditati. - ogni altro dispositivo consentito alle farmacie, individuato dalla normativa vigente	ACN art. 20 punto 5 c) presenza di servizi igienici (non è espressamente previsto l'uso esclusivo per gli utenti). DGR 69/2024 punto F): 1) garantire dimensione e spazi di manovra, tali da consentire l'effettuazione delle stesse nella massima sicurezza per l'utente e sufficienti ad assicurare la presenza di tutti i materiali e attrezzature necessarie; 2) garantire un agevole passaggio.	ACN art. 20 punto 5 d): area dedicata con superficie non inferiore a 5 mq. ACN Allegato 4 art. 5 punto1) e DGR 69/2024 F): area interna alla farmacia purché separata dagli spazi destinati all'accoglienza dell'utenza e allo svolgimento delle attività di dispensazione del farmaco. ACN Allegato 4 art. 5 punto a): area dedicata idonea a consentire il funzionale posizionamento del materiale e delle attrezzature occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni. AIR/DDR 152/2025 Tab. 1: lavabo a comando non manuale, servito con acqua corrente o taniche di carico/scarico acqua (e relativa procedura di ricarica e pulizia), nello spazio/locale - in alternativa, il lavabo del servizio igienico.	ACN Allegato 4 art. 6 punto 5): i locali - devono avere i requisiti di idoneità igienico sanitaria già previsti per l'esercizio farmaceutico nelle farmacie di comunità; - devono essere idonei ad assicurare il rispetto della riservatezza degli utenti; - devono ricadere nell'ambito della sede di pertinenza prevista in pianta organica; - devono essere situati ad una distanza non inferiore a 200 mt dalle altre farmacie e dai locali ove sono svolti i servizi sanitari di pertinenza di altre farmacie (la distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia); - devono avere superficie ed apprestamenti logistici sufficienti per il corretto e funzionale svolgimento dei singoli servizi lì prestati (per es. per i servizi di telemedicina e spirometria saranno di superficie idonea a consentire il funzionale posizionamento di lettino/chaise-longue/poltrona e di apparecchi per la conduzione delle indagini strumentali). DGR 69/2024 punto F): 1) garantire dimensione e spazi di manovra, tali da consentire l'effettuazione delle stesse nella massima sicurezza per l'utente e sufficienti ad assicurare la presenza di tutti i materiali e attrezzature necessarie; 2) un agevole passaggio. DGR 69/2024 punto H): nel caso di farmacie aggiuntive, gli eventuali locali distaccati devono essere ubicati nell'ambito del luogo individuato in sede di istituzione. AIR/DDR 152/2025 Tab. 1: lavabo a comando non manuale, servito con acqua corrente o taniche di carico/scarico acqua (e relativa procedura di ricarica e pulizia), nello spazio/locale - in alternativa, il lavabo del servizio igienico.

SERVIZIO	REQUISITI GENERALI VALIDI PER INTERNI ED ESTERNI	REQUISITI SPECIFICI PER AREE/SPAZI/LOCALI INTERNI	REQUISITI SPECIFICI PER LOCALI ESTERNI
PRESTAZIONI PROFESSIONALI DA PARTE DI INFERMIERI E FISIOTERAPISTI INFERMIERI: prestazioni individuate dall'art. 3 del DM Salute 16 dicembre 2010 FISIOTERAPISTI: prestazioni individuate dall'art. 4 del DM Salute 16 dicembre 2010	ACN art. 21 punto 7 a): spazio di 9 mq. ACN art. 21 punto 7 d): presenza di servizi igienici attrezzati per disabili (non è espressamente previsto l'uso esclusivo per gli utenti).	ACN Allegato 4 art. 5 punto b): area dedicata con superficie non inferiore a 9 mq e idonea a consentire il funzionale posizionamento del materiale e delle attrezzature occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni. DGR 69/2024 punto F): dedicare uno spazio/vano/locale d'attesa. DGR 69/2024 punto F): dedicare un locale per l'effettuazione delle prestazioni professionali con una superficie adeguata, comunque sufficiente a garantire la presenza di tutti i materiali e attrezzature e consentire un agevole passaggio per il personale e gli utenti. AIR/DDR 152/2025 Tab. 2: Pareti lavabili fino a mt 2,00. AIR/DDR 152/2025 Tab. 2: Lavabo a comando non manuale, servito con acqua corrente - in alternativa, il lavabo del servizio igienico.	DGR 69/2024 punto F): dedicare uno spazio/vano/locale d'attesa. DGR 69/2024 punto F): dedicare un locale per l'effettuazione delle prestazioni professionali con una superficie adeguata, comunque sufficiente a garantire la presenza di tutti i materiali e attrezzature e consentire un agevole passaggio per il personale e gli utenti. AIR/DDR 152/2025 Tab. 2: Pareti lavabili fino a mt 2,00. AIR/DDR 152/2025 Tab. 2: Lavabo a comando non manuale, servito con acqua corrente - in alternativa, il lavabo del servizio igienico. AIR/DDR 152/2025 Tab. 2: In presenza di locali esterni e distaccati dalla farmacia adibiti all'erogazione di prestazioni fisioterapiche è preferibile la presenza di un servizio igienico attrezzato per persone con disabilità ad esclusivo utilizzo degli utenti.